



ב"ה, ט"ז שבט תשפ"ב
18 ינואר 2022

לכבוד משתתפי מכרז מס' **24/21**

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז דו שלבי מספר 24/21

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

כללי

- 1.1. המועד האחרון להגשת הצעות **נדחה ליום 31.1.2022 בשעה 12:00 בצהריים** יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש, מבנה מס' 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה **לא תיבדק**.
- 1.2. על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
- 1.3. הנחיות כניסה לקמפוס בעת הקורונה: האוניברסיטה פועלת בהתאם להנחיות התו הירוק.
- 1.4. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. **הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל**.
- 1.5. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
- 1.6. למסמך הבהרות זה מצורף נוסח מעודכן של כתב הכמויות על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים.

2. להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

#	שם מסמך	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
1.	נספח 2 ג' להסכם, נספח בטיחות ובטחון לקבלנים ולספקים	16-22	כללי	עמוד 16 עד 22 אילו פרטים אנחנו צריכים לכתוב? האם אלה דוגמאות טפסים למילוי עבור זוכה המכרז?	יש למלא את נספח 2 ג' להסכם לאחר זכיה בלבד, בשלב המענה למכרז ההצעה וכלל נספחיה יחתמו על ידי המציע, בכל עמוד ועמוד בחתימה מלאה או בראשי תיבות.

2.	כתב כמויות	כללי	כללי	בכתב הכמויות יש חלוקה בין מנדפים כימיים לבין מנדפים ביולוגיים, תחת המנדפים הביולוגיים יש סעיפים שמתאימים למנדפים כימיים כגון מפוחי PVC 15.1.033/037/038, ארובות PVC 15.1.40, דפנות HPL 1.15.050, החלפת מסנני פחם 15.1.060 ועוד, סעיפים אלו היו צריכים להיות תחת המנדפים הכימיים ולא הביולוגיים, האם ניתן לעשות סדר ולחלק את הסעיפים תחת הנושאים בצורה נכונה?	הוספה כותרת "כללי" מעל סעיף 15.1.033, מצורף טופס כתב כמויות מתוקן אותו המציעים ימלאו ויצרפו להצעתם במקום הטופס הקיים.
3.	כתב כמויות	2	15.1.027	סעיף 15.1.027 כתוב הפעלת לחצני הפעלה, האם הכוונה החלפת לחצני הפעלה?	כן.
4.	כתב כמויות	2	15.1.032	סעיף 15.1.032 לא ברור האם אפשר להסביר מה יש לבצע בסעיף זה? , מה זה החלפת מסנן ללא HEPA? איזה מסנן? מה הכוונה לחיטוי פורמלדהיד בסעיף זה? יש סעיף נפרד לחיטוי מנדף בכתב הכמויות	החלפת מסנן פחם כולל חיטוי אם נדרש.
5.	כתב כמויות	כללי	כללי	האם מאושר אצלכם לבצע חיטוי פורמלדהיד? האם ניתן לבצע חיטוי במי חמצן? ברוב המוסדות היום מבקשים לבצע חיטוי רק במי חמצן מכיוון שהוא בטוח יותר לשימוש ומסכן פחות את האנשים שנמצאים באזור שבסביבת הציוד המחוטא.	ישנו נוהל חיטוי עם פורמלדהיד כפי שהיה נהוג טרם כניסת מי החמצן לשימוש. ניתן לבצע לפי בחירתנו חיטוי במי חמצן.
6.	כתב כמויות	1	15.1.007	מה גובה התמיכה?	הכוונה לתעלה של ארובה גובה עד 5 מטר.
7.	כתב כמויות	2	15.1.024	מה מידות החלון?	80% מהחלונות 80 X 120.
8.	כתב כמויות	2	15.1.027	מה הכוונה להפעלת לחצני הפעלה?	החלפת לחצני הפעלה.

9.	כתב כמויות	3	15.1.044	סעיף זה זהה לסעיף 15.1.022	022 מינדף כימי , 044 מינדף ביולוגי.
10.	כתב כמויות	4	15.1.057	מה גודל החדר וכמות גרילי אוויר בחדר?	משתנה.
11.	כתב כמויות	4	15.1.058	מה הדגמים של המנדפים?? (ישנם סוגים רבים ושונים ומחירים שונים)	רוב המנדפים בגודל 120 ס"מ.
12.	כתב כמויות	4	15.1.064	ישנם סוגים שונים של הכרטיסים למנדפים ומחירים שונים.	משתנה.
13.	מסמך כללי	13	17.3	שורה שלישית עד סוף הסעיף – נבקש למחוק את המילים " , וכן לחלט את הערבות שצורפה על.... לה כתוצאה מההפרה".	לא מקובל.
14.	נספח 1 – מפרט טכני	23	5.3.4	נבקש להחליף את נוסח הסעיף בנוסח כמפורט להלן: "הגעת טכנאי לשטח תהיה תוך יום עסקים אחד. במידה והתיקון דורש שימוש בחלקי חילוף תיקון התקלה יהיה בהתאם לזמני האספקה של חלקי החילוף הנדרשים על ידי היצרן".	מקובל
15.	נספח 1 – מפרט טכני	24	6	שורה שנייה – נבקש כי במקום המילים "תיקון והחזרה לפעילות תקינה של כל מנדף, חייבים להסתיים תוך 24 שעות ממועד מסירת ההודעה ע"י האוניברסיטה לספק" יוחלפו במילים "הגעת טכנאי לשטח תהיה תוך יום עסקים אחד. במידה והתיקון דורש שימוש בחלקי חילוף תיקון התקלה יהיה בהתאם לזמני האספקה של חלקי החילוף הנדרשים על ידי היצרן".	מקובל
16.	נספח 2 – הסכם	27	2.3	שורה שלישית – נבקש כי במקום המילים "3 חודשים" יבואו המילים "זמן סביר" .	לא מקובל.
17.	נספח 2 – הסכם	27	3.2	שורה שנייה – נבקש כי אחרי המילה "הודעה" תבוא המילה "בכתב".	א. מקובל

	ב. בנוסף נבקש שהמספר "14" יוחלף במספר "60".				
מקובל.	שורה שלישית – נבקש כי אחרי המילה "תנתן" תבוא המילה "בכתב".	3.5	28	נספח 2 – הסכם	18.
לא מקובל.	שורה ראשונה – נבקש כי במקום המילים "תוגש דרישה ו/או תביעה" יבואו המילים "יתקבל פסק דין בתביעה".	4.6	29	נספח 2 – הסכם	19.
לא מקובל.	שורה שנייה – נבקש כי אחרי המילה "סכום" תבוא המילה "קצוב".	4.8	29	נספח 2 – הסכם	20.
לא מקובל, הסעיפים יישארו בעינם.	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. ס' 6.1 – שורה ראשונה – כי אחרי המילה "נזק" תבוא המילה "ישיר". ב. ס' 6.2 – שורה שנייה – כי המילים "לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו להם עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, עובדיה" תמחקנה. ג. ס' 6.3 – כי נוסח הסעיף יוחלף בנוסח הבא "מובהר בזאת, כי אחריות הספק תוגבל לסכום התמורה שקיבל בפועל ב- 12 החודשים שקדמו לנזק אשר בגינו הוא נדרש לשפות את האוניברסיטה". ד. ס' 6.4 – שורה ראשונה, כי המילים "הוא לבדו" תמחקנה. ה. ס' 6.5 – כי הסעיף ימחק.	6	30	נספח 2 – הסכם	21.
הסעיף יישאר בעינו.	נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "הכל תוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת החשבונות על ידי הספק".	7.4	30	נספח 2 – הסכם	22.

מקובל.	שורה שנייה – נבקש כי במקום המספר "30" יבוא המספר "45".	13.7 א.	33	נספח 2 – הסכם	23.
לא מקובל	נבקש למחוק את הסעיף על תתי סעיפיו.	14	33-34	נספח 2 – הסכם	24.
לא מקובל	שורה רביעית – נבקש כי המילים "60 יום לאחר" תמחקנה.	15.1	34	נספח 2 – הסכם	25.
א. לא מקובל ב. לא מקובל	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. שורה שנייה – כי אחרי המילה "הפרה" יבואו המילים "יסודית ומהותית". ב. שורה שלישית - כי אחרי המילה "מהתחייבויות" יבואו המילים "המהותיות של". ג. כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "מובהר בזאת, כי חילוט הערבות יבוצע רק לאחר שהאוניברסיטה מסרה לספק הודעה בכתב על ההפרה בגינה נדרש החילוט והספק לא תיקן את ההפרה כאמור עפ"י קביעת האוניברסיטה תוך 10 ימי עסקים ממועד הודעת האוניברסיטה כאמור".	15.2	34	נספח 2 – הסכם	26.
א. אין שינוי במסמכי המכרז. ב. אין שינוי במסמכי המכרז. על אף האמור, המצאת אישור ביטוח משולב אחריות מקצועית ומוצר	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. ס' 18.1 – שורה ראשונה, נבקש כי אחרי המילים "לצורך ביצוע" יבואו המילים "השירותים על-פי". ב. ס' 18.4 – שורה ראשונה, כי אחרי המילים "אחריות המוצר" יבואו המילים	18	35-38	נספח 2 – הסכם	27.

בסך של 8,000,000 ₪ לא יהווה הפרה של תנאי המכרז.	ג. ראה ס' ב' לעיל.	ד. אין שינוי במסמכי המכרז.	ה. אין שינוי במסמכי המכרז.	"משולב מקצועית". בנוסף נבקש כי במקום המספר "8,000,000" יבוא המספר "4,000,000". ג. ס' 18.5 – שורה ראשונה, כי אחרי המילים "אחריות מקצועית" יבואו המילים "משולב מוצר". ד. ס' 18.9 – שורה שישית, נבקש כי המילים "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת" תמחקנה. ה. ס' 18.10 – שורה שישית, כי המילים "של יפחתו מסך" תמחקנה. בנוסף נבקש כי במקום המספר "600,000" יבוא המספר "400,000". ס' 18.13 – שורה שנייה, כי אחרי המילה "לרכוש" תבוא המילה "הספק".				
מקובל	נבקש שסעיף כוח עליון יהיה הדדי.	19	39	נספח 2 – הסכם	28.			
א. אין שינוי במסמכי המכרז. על אף האמור הגשת אישור ביטוח משולב אחריות מקצועית מוצר בסך של 8,000,000 ₪ לא יהווה הפרה של תנאי המכרז.	ב. ראה ס' א' לעיל.	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. אחריות המוצר – כי אחרי המילים "אחריות המוצר" יבואו המילים "משולב מקצועית". בנוסף נבקש כי במקום המספר "8,000,000" יבוא המספר "4,000,000". ב. אחריות מקצועית – כי אחרי המילים "אחריות		41-43	נספח 2 – אישור קיום ביטוחים	29.		

ג. מקובל למחוק באחמ"ק את קוד 302. תק' גילוי של 6 חודשים - מקובלת.	מקצועית יבואו המילים "משולב מוצר". ג. בנוסף נבקש למחוק את קוד 302 ובקוד 332 לשנות את תקופת הגילוי ל 6 חודשים.				
הסעיף יישאר בעינו	נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים " , ככל שרלוונטיים לעבודות ו/או לשירותים שיבוצעו על ידי הספק ".	2	18	נספח 2 ג' – התחייבות והצהרת הקבלן	30.
א.הסעיף יישאר בעינו. ב.עיקרי הדברים מופיעים בנספח על כל חלקיו ג. הסעיף יישאר בעינו	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. בולט ראשון – כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים " , ככל שרלוונטיים לעבודות ו/או לשירותים שיבוצעו על ידי הספק ". ב. בולט שני – נבקש לקבל תא כל הוראות ונהלי הבטיחות הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. ג. בולט שלישי – כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים " כפי שיועברו אלי בכתב מעת לעת ".	12.4	20	נספח 2 ג' – הצהרת קבלן	31.
לא מקובל, זכות הברירה מוקנית לאוניברסיטה ולא לספק ובאותם תנאי התקשרות ולא תחול התייקרות במחירי הפריטים.	נבקש להבהיר, כי במידה והאוניברסיטה תחליט לממש את האופציה להאריך את ההתקשרות עם הספק, בכל שנת אופציה, יעלו מחירי היחידה ב- 5%.			הבהרה כללית	32.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן