



ב"ה, ט"ז אדר ב תשפ"ד
26 מרץ 2024

לכבוד משתתפי מכרז מס' 5/24

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז מספר 5/24

להקמת רשימת מציעים - קבלני מסגרת לביצוע עבודות בתחום ריהוט מעבדות (נגרות)

1. כללי

1.1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 3.4.2024 בשעה 14:00 בצהריים יש

להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש, מבנה מס' 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

1.2. על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח

האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

1.3. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל

האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. **הצעת מציע**

שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

1.4. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו

כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

1.5. למסמך הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של נספח ו' - מפרט כללי ומיוחד

(הוסרו עמודים 2 עד 7) על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף

את המסמך המקורי.



2. להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

מס"ד	שם מסמך	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
1.	נספח ב'	37		האם בנוסף למסמכים יש צורך למלא הצעת מחיר או שמתבססים על המחירים של האוני?	המכרז אינו כולל הצעות מחיר והוא מבוסס על בחינה איכותנית בלבד, מחירון "ריהוט מעבדות בר-אילן" מופיע במאגר המחירים "דקל" בפרק 30 ותת פרק 30.091 (מצורף כנספח ח' למכרז)
2.		7	6'0	חברתנו עובדת עם ריהוט משרדי (כולל אוניברסיטה בר אילן) ריהוט מעבדות פחות – אבל המפעל המייצר לנו בחו"ל גם מתמחה בריהוט למעבדות שאלה: האם תנאי סף מקצועי אפשר לתת כנסיון מעבדות שבוצעו בחו"ל?	לא ניתן.
3.	הזמנה להציע הצעות	2	1.5	מבקש לשנות זמן ביצוע של הכנת תוכניות לשמונה ימי עבודה	מקובל
4.	נספח א' – הסכם	22	3.2	מבקש לשנות להספק רשאי להודיע לאוניברסיטה על הפסקת ההסכם בהתראה של חודש.	מקובל
5.	נספח א' – הסכם	31	21.2	שורה 1 עמודה SLA נדרש – מבקש לשנות ל"לפי הלוח" שסוכם בין האוניברסיטה לספק.	מקובל
6.	BI27-FURN_list_02	21	5.01	מאיזה חומר "שפה אחורית מוגבהת" ?	שפה אחורית מטרספה בעובי 16 מ"מ (בגוון משטח השלחן)

יחידת המכרזים
מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

מקובל	בתקופת אחריות... ביצוע תיקונים בהתראה של 48 שעות, יש להתחשב בימי עבודה סופ"ש וחגים. מבקשים להגדיר ל-3 ימי עבודה	61	(ג.3)	מפרט ריהוט\מנדפים	7.
הצהרת היצרן שהוא עומד בדרישות המפורטות בסעיף 5א למפרט וכן אישור מעבדה מאושרת בישראל לבדיקות הנ"ל	המצאת מסמכים והוכחות ליכולת הקבלן לביצוע עמדת בדיקה – אילו הוכחות נדרשות?	63	(א.5)	מפרט ריהוט\מנדפים	8.
מקובל	מהלך חלון 90 עד 180 ס"מ, אפשרית ובתנאי שגובה החדר מאפשר התקנת מנדף בגובה כללי המאפשר את הפתיחה הנדרשת	64	(ב.6)	מפרט ריהוט\מנדפים	9.
ברוטו	עומק המנדף 90 ס"מ. הכוונה למידת נטו או ברוטו?	64	(ב.6)	מפרט ריהוט\מנדפים	10.
תעודה המאשרת עמידה בלחץ כמפורט במפרט בחתימת מהנדס של הקבלן	תעודת בדיקה ללחץ 30 דקות, מה הכוונה? תעודה של יצרן או בדיקה חתומה ע"י מהנדס של הקבלן?	66	(ז.8)	מפרט ריהוט\מנדפים	11.
הכנה בלבד ע"פ המפרט	תושבות בלבד להתקנת רשת כימאים – מה נדרש הכנה או רשת?	64	(א.6)(2)	מפרט ריהוט\מנדפים	12.
הכנה בלבד ע"פ המפרט	רשת כימאים – מה נדרש הכנה או רשת?	70	14.ה(ה)		

בברכה,
 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן