

ב"ה, ד' סיון תשפ"ד
10 יוני 2024

לכבוד משתתפי מכרז מס' **8/24**

שלום רב,

**הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז מספר 8/24 לאספקה והתקנה של מערכות אספקת גזים
ואוויר דחוס עבור מעבדות מחקר בבניין שוטנשטיין (בניין 214)**

- 1. כללי**
- 1.1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 26.6.2024 בשעה 14:00 בצהריים** יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש, מבנה מס' 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה **לא תיבדק**.
- 1.2. על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.**
- 1.3. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.**
- 1.4. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.**
- 1.5. למסמך הבהרות זה מצורף נספח 3א' - כתב כמויות מעודכן ותזרים. על המציעים להוריד את כתב הכמויות המעודכן ולהחליף את המסמך המקורי.**

2. להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

#	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
1.	כללי		תזרים 803-PID-004, על פי התזרים קיימים 2 פנלים PNL-H2-02 ו PNL-H2-01, בכתב כמויות למכרז מופיע רק פנל PNL-H2-01 - האם פנל מספר 02 לא נכלל בתמחור?	PNL-H2-02 נשמט מכתב הכמויות, מצ"ב נספח 3א' - כתב כמויות מעודכן.
2.	כללי		חסר תזרים 803-PID-015	015 ארגון מערכת מקור מצורף
3.	כללי		קיימת אי התאמה בין כתב כמויות לנתונים בתזרימים, לדוגמא :	מספר פנל הוא 06 ראה תזרים עבור מע' מקור ארגון 015

יחידת המכרזים
מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

	<p>על פי תזרים 803-PID-014, מספר פנל אינו 06 ובכתב כמויות מופיע כ 04</p> <p>מספרי תזרים עבור מערכת ארגון 5% מימן לא נכונים . בכתב כמויות מופיע 14/15 – בפועל הם 16/17</p>			
המילה "לפחות" תמחק.	<p>ס' 1.3.3 קובע - <u>תקופת האחריות</u> - אחריות ושירות מלאים לתקופה של 12 חודשים לפחות, נבקש למחוק את המילה "לפחות".</p>	1.3.3	2	4.

בברכה,
 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן