



עדכון : ינואר 2023

נוהל אישור ובקרה על הכנסת גורם סיכון חדש

כללי

תהליכים שונים בהם יש מרכיבי סיכון חדשים מתבצעים על ידי חוקרים במעבדות וע"י גורמים אחרים בכל שטחי האוניברסיטה. נוהל זה מסדיר את אופן הכנסתו תוך מתן מענה לבקורות בטיחותיות.

מטרה

מטרת הנוהל לטפל באישור ובקרה על הכנסת גורמי סיכון חדשים שיש בהם השלכה על רמת הבטיחות בעבודה אוניברסיטת בר אילן.

פירוט גורמי סיכון

פירוט גורמי סיכון חדשים הם :

1. הכנסת ציוד חדש.
2. הכנת גורם חדש כימי/ביולוגי/קרינה/רעש/פיזיקלי/מכני ועוד.
3. הקמת מעבדות חדשות (כימית, ביולוגית, לייזר וכו').
4. שינויים בתהליכי עבודה ו/או ציוד קיימים במעבדות, בתי מלאכה וכו'.

להלן קווים מנחים לביצוע תהליכי "ניהול שינויים"

1. הודעה על כוונה להכניס גורם סיכון חדש וטרם כניסתו, תעשה לממונה בטיחות על ידי האדם האחראי שאמור להכניס את גורם הסיכון החדש או השינוי.
2. יבוצע הליך של הערכת סיכונים מתועד, הכולל זיהוי גורמי הסיכון הנובעים מהשינוי הצפוי או המוצע, קביעת נהלים בטיחות וחירום על פי הצורך. התהליך יבוצע ע"י ממונה הבטיחות יחד עם הגורם המזמין וגורם רלוונטים נוסף (אם קיים) בהיבטי תחזוקה ותפעול מאגפים אחרים באוניברסיטה.
3. לאחר השלמת הנדרש על פי הערכת הסיכונים שנקבעה, יעדכן האדם האחראי שאמור להכניס את גורם הסיכון החדש או השינוי, על ביצוע הנדרש. לאחר בקרה ואישור ממונה הבטיחות יוכנס גורם הסיכון החדש ו/או השינוי.
4. במקרה של הכנסת גורם חדש ו/או שינוי הנדרש באישור רגולטורי כגון : היתר רעלים, היתר קרינה מייננת, אישור סמים מסוכנים, אישור ועדה למחוללי מחלות, אישור צמחים מהנדסים, היתר חומרים עתירי אנרגיה, אישור מעבדה מוסמכת – תבוצע פניה בהתאם לקבלת אישור מתאים טרם הכנסת גורם הסיכון לאוניברסיטה. בהתאם לאישור ולתנאיו תאושר הכנסת גורם הסיכון.
5. במקרה של הכנסת ציוד הדורש אישור בודק מוסמך ו/או מהנדס מתאים ו/או מעבדה מוסמכת יבוצע הליך הערכת סיכונים מתועד, הכולל זיהוי גורמי הסיכון הנובעים מהשינוי הצפוי או המוצע, קביעת נהלים בטיחות וחירום על פי הצורך. לאחר השלמת ביצוע הנדרש על פי הערכת הסיכונים, יותקן הציוד אך לא יעשה שימוש בו עד לקבלת אישור בודק מוסמך ו/או מהנדס מתאים.
6. במקרה של הכנסת גורם חדש הדורש ניטור סביבתי יבוצע הליך הערכת סיכונים מתועד, הכולל זיהוי גורמי הסיכון הנובעים מהשינוי הצפוי או המוצע, קביעת נהלים בטיחות וחירום על פי הצורך. לאחר השלמת ביצוע הנדרש על פי הערכת הסיכונים, יוזמן הגורם אך לא יעשה שימוש בו עד לביצוע הניטור ו/או סקר מקדים.